

## 仕 様 書

1 件 名 液体クロマトグラフ質量分析装置修理

2 履行場所 福岡市水道局水道水質センター  
福岡市南区塩原四丁目 27 番 1 号

3 修理機器 液体クロマトグラフ質量分析装置  
(株式会社エービーサイエックス製 Triple Quad 5500)

### 4 修理内容

液体クロマトグラフ質量分析装置において、イオン源の洗浄及び以下の部品交換を行い、正常に作動することを確認すること。

| 部品名                   | 規格      | 数量 | 単位 |
|-----------------------|---------|----|----|
| Qjet Ion Guide (5500) | 506330  | 1  | 式  |
| Q0 (5500) FT1         | 5058799 | 1  | 式  |

### 5 その他の

- ・業務遂行にあたっては、保安、衛生、火災予防に十分に注意するとともに他の分析業務等に支障をきたさないようを行うこと。
- ・修理後は動作確認を行い、異常がないことを確認すること。
- ・詳細は担当者と相談すること。

6 履行期限 令和 8 年 3 月 27 日

7 契約不適合責任期間 3 か月

福岡市水道局浄水部水道水質センター  
福岡市南区塩原 4 丁目 27-1  
TEL (092) 512-7377  
FAX (092) 551-9299  
担当 宇野