

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 滅菌器
履 行 場 所 水道水質センター
履 行 期 間 契約締結の日から令和9年3月19日まで
契約不適合責任期間 受渡完了後1年

No	品名	規 格	数量	単位	備 考
1	滅菌器	<p>1 本体 (1) 外寸法：W500mm×D500mm×H1000mm以内 (2) 総容量：25L程度 (3) 重量：45kg以内 (4) 滅菌温度設定範囲：105℃～121℃ (5) 滅菌タイマー：1分～200分以上 (6) 温度計：5～123℃（デジタル方式） (7) 圧力計：0～0.4MPa (8) 電源：AC100V（設置場所の電源に合うこと） (9) 安全機能：インターロック機能、圧力安全弁、漏電ブレーカー、空焚防止装置</p> <p>2 付属品 (1) 排気ボトル 1個 (2) 排水・排気ホース 1組</p> <p>3 その他 ・納入は担当者職員と協議のうえ行うこと。また、電源を含む施設環境を調査し、必要があれば契約業者が工事を行うこと。 ・機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 ・機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。 ・旧機（平山製作所 HA-240MIV）の引取りを行うこと。 ・仕様の記載内容に疑義がある場合は、担当職員と協議すること。</p>	1	式	参考品： 平山製作所 HVE-25LB 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者との打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水道水質センター
担当：藤堂
電話：092-512-7377