

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 超音波ピペット洗浄器 外 1 件

履 行 場 所 夫婦石浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 8 年 1 2 月 2 5 日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

	品 名	規 格	数量	単位	備考
1	超 音 波 ピ ペ ッ ト 洗 浄 器	1 本体仕様 (1) サイフォン式すすぎ機構付 (2) 発振出力：360W 28kHz (3) 槽容量：16.7L以上 (4) 槽材質：透明塩化ビニール (5) 洗浄有効長 560mm以下 (6) 電源 : AC100V (7) 付属品：洗浄カゴ、フタ、給水・排水ホース、カゴ受架台 2 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。 (2) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (3) 旧機（サイフォン式ピペット洗浄器1台）の引き取りを行うこと。 (4) 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。	1	台	参考品 アイワ医 科工業(株) AU-156CR と同等品 以上

2	ポータブルガス検知器	1 本体仕様 (1) サンプリング方式 : 拡散式 (2) 検知対象ガス : 4成分 (LEL、O ₂ 、H ₂ S、CO) (3) 電源 : リチウムイオン充電式 (4) ポンプユニットを含む (5) 浮子付サンプリングチューブを含む。 (長さ : 8 m)	2	セット	参考品 理研計器 GX-3R (type -A) CH と同等品 以上
---	------------	--	---	-----	---

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部夫婦石浄水場

担当 : 谷口

電話 : 092-862-2589