

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。  
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物 品 用)

購入仕様書

品 名 救急アルミックシート滅菌済  
履行場所 防災倉庫（福岡市博多区上呉服町 10 番 10 号）  
履行期間 契約締結日から令和 8 年 3 月 13 日まで

内 訳

|               | 規 格                                                                     | 単位 | 数量   | 備 考                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 救急アルミックシート滅菌済 | <仕様><br>・規格：125cm×225cm（±5.0%）<br>・性能：保温及び防暑・断熱機能を有すること。<br>・滅菌済みであること。 | 枚  | 1393 | <参考品><br>イワツキ㈱<br>救急アルミックシート<br>125×225cm 滅菌済<br>004-047601<br><br>同等品以上可 |

※同等品以上で見積もる場合は、入札（見積合わせ）の 1 営業日前の 17 時までに、カタログ等の写しを提出して、担当課の了承を得ること。  
※契約後、詳細（納入時期、納入場所等）については下記担当者と打ち合わせを行うこと。

問い合わせ先  
消防局警防部救急課  
担当：吉井  
電話：092-725-6571

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。  
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物 品 用)

購入仕様書

品 名 シューズカバー  
履行場所 防災倉庫（福岡市博多区上呉服町 10 番 10 号）  
履行期間 契約締結日から令和 8 年 3 月 13 日まで

内 訳

|         | 規 格                                                                                                   | 単位 | 数量  | 備 考                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| シューズカバー | <仕様><br>・ 素材：ポリプロピレン不織布<br>・ 対応サイズ：28cmまで<br>・ 足底サイズ：41cm（±5%）<br>・ 底面に滑り止め加工を施すこと<br>・ 1箱100枚入りであること | 箱  | 438 | <参考品><br>クー・メディカル・ジャパン(株)<br>シューズカバー ラージサイズ<br>SHCB-L<br><br>同等品以上可 |

※同等品以上で見積もる場合は、入札（見積合わせ）の 1 営業日前の 17 時までに、カタログ等の写しを提出して、担当課の了承を得ること。  
※契約後、詳細（納入時期、納入場所等）については下記担当者と打ち合わせを行うこと。

問い合わせ先  
消防局警防部救急課  
担当：吉井  
電話：092-725-6571

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。  
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積時の質疑・同等品認定、随意契約等への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 訓練用 AED 外 3 件  
履 行 場 所 消防局予防部防災センター  
履 行 期 間 契約締結の日から 令和 8 年 2 月 27 日まで

内 訳

|   | 品 名              | 規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 単位 | 数量 | 備 考                                                                |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 訓練用 AED          | 1 リモコンで操作せずとも、訓練の進行状況に応じてシナリオ進行することが可能であること。<br>2 蘇生ガイドライン 2020 に対応していること。<br>3 16 以上の言語変換機能があること。<br>4 トレーニングパッドは複数回使用可能で、消耗品として入手が容易であること。<br>5 持ち運び、メンテナンスが容易であること。<br>6 以下の共通付属品を含むこと。<br>(1) ケース 1 個<br>(2) トレーニングパッド 1 枚<br>(3) 稼働に必要な電池 1 式                                                                                                                                | 式  | 1  | 参考品<br><br>レールダ ルメディカルジャパン(株)<br>AED トレーナ 1 パック<br>(品番: 197-01050) |
| 2 | 蘇生訓練用人形<br>(乳児型) | 1 蘇生ガイドライン 2020 に準じていること。<br>2 以下のとおり、客観的なフィードバックができ、タブレットなどでフィードバック内容をモニタリングできる機能を有すること。<br>(1) 最大評価人数が 6 人であること。<br>(2) 胸骨圧迫の評価については、クリッカー式での適切な手技評価が可能であること。<br>(3) AED を用いた訓練が可能であること。<br>3 各パーツが消耗品として入手が可能でありメンテナンスが容易であること。<br>4 全身を模したデザインであり、サイズは概ね縦 55 cm×横 47 cm×奥行 15 cm であること。<br>5 以下の共通付属品を含むこと。<br>(1) マネキンフェイス 1 枚/式<br>(2) エアウェイ 1 枚/式<br>(3) ソフトキャリングケース 1 個/式 | 式  | 5  | 参考品<br><br>レールダ ルメディカルジャパン(株)<br>リトルベビー-QCPR<br>(品番: 133-01050)    |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                                                                            |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 蘇生訓練用人形<br>(小児型) | <p>1 蘇生ガイドライン 2020 に準じていること。</p> <p>2 以下のとおり、客観的なフィードバックができ、タブレットなどでフィードバック内容をモニタリングできる機能を有すること。</p> <p>(1) 最大評価人数が6人であること。</p> <p>(2) 胸骨圧迫の評価については、クリッカー式での適切な手技評価が可能であること。</p> <p>(3) AED を用いた訓練が可能であること。</p> <p>3 各パーツが消耗品として入手が可能でありメンテナンスが容易であること。</p> <p>4 上半身体幹を模したデザインであり、サイズは概ね縦 56 cm×横 24 cm×奥行 20 cmであること。</p> <p>5 以下の共通付属品を含むこと。</p> <p>(1) マネキンフェイス 1 枚/式</p> <p>(2) エアウェイ 1 枚/式</p> <p>(3) ジャケット 1 枚/式</p> <p>(4) ソフトキャリングケース 1 個/式</p> | 式 | 2 | <p>参考品</p> <p>レールダルメディカルジャパン(株)<br/>リトルアジュニアQCPR<br/>(品番：128-01050)</p>    |
| 4 | 蘇生訓練用人形<br>(成人型) | <p>1 蘇生ガイドライン 2020 に準じていること。</p> <p>2 以下のとおり、客観的なフィードバックができ、タブレットなどでフィードバック内容をモニタリングできる機能を有すること。</p> <p>(1) 最大評価人数が6人であること。</p> <p>(2) 胸骨圧迫の評価については、クリッカー式での適切な手技評価が可能であること。</p> <p>(3) AED を用いた訓練が可能であること。</p> <p>3 各パーツが消耗品として入手が可能でありメンテナンスが容易であること。</p> <p>4 上半身体幹を模したデザインであり、サイズは概ね縦 65 cm×横 36 cm×奥行 22 cmであること。</p> <p>5 以下の共通付属品を含むこと。</p> <p>(1) マネキンフェイス 1 枚/式</p> <p>(2) エアウェイ 1 枚/式</p> <p>(3) ジャケット 1 枚/式</p> <p>(4) ソフトキャリングケース 1 個/式</p> | 式 | 2 | <p>参考品</p> <p>レールダルメディカルジャパン(株)<br/>リトルアンQCPR<br/>(品番：123-01050)と同等品以上</p> |

## そ の 他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の2営業日前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

福岡市早良区百道浜1丁目3番3号

消防局予防部防災センター

担当：石本

電話：092-847-5990