

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 分析・検出機器（O×計）

履 行 場 所 香椎測定局（福岡市東区香住ヶ丘3丁目10 香住丘小学校校庭） 外1箇所
・香椎測定局（福岡市東区香住ヶ丘3丁目10 香住丘小学校校庭）
・吉塚測定局（福岡市博多区吉塚6丁目8 東吉塚小学校校庭）

履 行 期 間 契約締結の日から令和9年3月15日

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	分析・検出機器 （O×計）	特記仕様書のとおり	式	2	環境省発行「大気常時監視マニュアル（第6版）」に準拠した自動測定記録計であること。 香椎測定局及び吉塚測定局にそれぞれ1式ずつ納品すること。なお、納品日は令和9年2月1日以降とする。

その他

契約後、下記担当者と打ち合わせること。

【問い合わせ先】

環境局環境共生部環境保全課
市役所内 13 階
担当：湯川
電話：092-733-5386

特記仕様書

1 機種及び数量

光化学オキシダント自動測定記録計 2式

<参考品>

【東亜ディーケーケー株式会社】GUX-353B

【紀本電子工業株式会社】OA-78I

同等品以上可。

※但し、入札の2営業日前17時までには同等品以上であることの承認を担当課より受けること。

2 履行範囲

本測定機器（出荷前性能試験に合格したもの）の搬入・設置・調整試運転、テレメータへの接続及び出力信号の確認までの一切並びにノイズカットトランスの搬入・設置・調整試運転までの一切とし、既設測定機器の撤去及び処分を含む。

3 機器仕様

■光化学オキシダント自動測定記録計

機器仕様は環境省「環境大気常時監視マニュアル（第6版）」に準じる他、次の要件を満たすものとする。

測定方法：紫外線吸収法

測定範囲：100/500ppb 2レンジ以上自動切換

指示記録：1時間値

デジタルテレメータ用入出力：環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に適合した入出力

記録計：打点式

電源：AC100V 60Hz

■ノイズカットトランス

上記測定機本体の電源プラグとコンセントの間に別途取り付ける機器で、測定機能力に合致したものとする。また、接続はコンセントタイプのものとする。

4 購入品内訳

自動測定記録計本体（記録計・ラック込）	1式	} × 2
（付属品）		
試料吸引ポンプ	1台	
消耗品	1式	
（1年以内に取替が必要な部品〔メーカーが1年で交換を推奨する消耗品・交換部品を含む〕）		
ノイズカットトランス	1式	

5 提出書類

出荷前性能試験成績書	1部	} × 2
取扱説明書	2部	
メンテナンス用マニュアル（トラブルシューティング）	1部	
設置状況を記録した作業報告書	1部	

6 設置・調整等

- (1) 機器設置の日程については、本市職員と協議のうえ決定すること。
- (2) 局舎内の機器設置位置は本市職員と協議のうえ決定すること。
- (3) 本市所有のオゾン発生器等を用いて、動的校正を行うこと。
- (4) 機器のIPアドレスについては、本市の指示のとおり設定すること。
- (5) テレメータへの接続については、システム側回路図を確認のうえ、テレメータ本体の指定の位置に接続する。接続後はデータ（各測定レンジからの出力を含む）及び信号の出力確認をセンターとの間で必ず行うこと。
- (6) 既設の光化学オキシダント自動測定記録計は、撤去及び処分を行うこと。

7 保証

保証期間は、本市職員による検査終了から1年間とし、保証期間内に機能上の欠陥による障害が発生したときには、無償で速やかに対応すること。

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 減圧濾過ユニット
履 行 場 所 道路下水道局下水道施設部中部水処理センター
履 行 期 間 契約締結の日 から 令和9年1月15日まで

内 訳

品名	規格	単位	数量	備考
減圧濾過ユニット	構成機器等 ・マニホールド ・減圧トラップ ・ポンプ ・各機器接続用ライン 1. マニホールド (1) ブランチ数：6 個（フィルター径 47mm 用フィルターホルダーが同時に 6 個装着できること。） (2) 材質：ステンレス SUS304 (3) 外寸法は、全幅 800mm 以下、全高 250mm 以下、奥行 200mm 以下であること。 2. 減圧トラップ (1) 容量：10L 以上 全高：500mm 以下 全幅：400mm 以下 (2) 材質：ステンレス SUS304 (3) 水位監視が可能な水位計を有すること。 3. ポンプ (1) 加圧と減圧が可能なこと。 (2) 減圧ろ過時のマニホールドから減圧トラップへのろ液の吸引、及びろ過終了後の減圧トラップからの廃液排出が可能な吐出圧を有すること。 4. 各機器接続用ライン (1) 接続用チューブの材質：テフロン (2) マニホールドから減圧トラップへのろ液吸引、及びろ過終了後の減圧トラップからの廃液排出の切り替えが、容易に行えること。 (ラインアダプターの着脱がそれぞれワンタッチでできること。)	式	1	指定品 ・アドバンテック東洋：KM-6N 減圧濾過ユニット（SS 測定用） ・マニホールド：KM-6N ・減圧トラップ：DV-10-S（水位計については特注） ・オイルフリーポンプ：PSH028AA ・SUS クイック接続＋テフロンチューブ

その他

- ① 契約後、下記担当者と打ち合わせること。
- ② 中部水処理センター新館3階水質試験室に納入据付後（エレベーター無）、調整を行い、正常に動作することを確認し、取り扱い説明を行うこと。

問い合わせ先

道路下水道局下水道施設部中部水処理センター水質係
(福岡市中央区荒津2丁目2-1)

担当：古賀

電話：092-721-4991

FAX：092-732-7374

※電子入札システムの見積書受付締切は、開札日の1営業日前17時です。

発注番号 2026010030

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること）。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 器具洗浄機
履行場所 道路下水道局下水道施設部西部水処理センター
履行期間 契約締結の日から 令和 8 年 11 月 25 日まで

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	備 考
器具洗浄機	1. 刷毛の取り付けが4連式であること 2. 試験室等に設置する洗浄専用機種であること 3. フットスイッチを備えること 4. 外形寸法 幅 400mm×奥行 650mm ×高さ 330mm 以下 5. 電源 AC100V	台	1	参考品 ・三田理化工業株式会社 RACOON 三田万能洗 浄機 Z 型（標準付属品 およびフットスイッチ （コネクター付き）を 含む） 同等品可。
その他 ① 西部水処理センター 2 階の指示された場所に納品すること。 ② 納品設置後、正常に動作することを確認し、取り扱い説明を行うこと。 ③ 同等品の場合は、入札（見積り合わせ）の 2 営業日前 16 時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。 ④ 契約後、下記担当者と打ち合わせること。 ⑤ 現有器一式（三田理化工業株式会社製 RACOON 三田万能洗浄機 Z 型）の引き取りを行うこと。				

問い合わせ先

道路下水道局下水道施設部西部水処理センター
（福岡市西区小戸二丁目 5 番 1 号）

担当：鐘ヶ江

電話：092-882-1161

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 ニップブル BSE 検査キットⅡ 外 1 件

履 行 場 所 福岡市保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所

履 行 期 間 契約締結の日から令和 8 年 9 月 11 日まで

内 訳

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	ニップブル BSE 検査キットⅡ	96回／キット	箱	1	<指定品> 株式会社ニッピ ※有効期限が翌年 7 月以降のもの
2	ニッピ ELISA 試薬・前処理器材 セット	93回／キット	箱	1	<指定品> 株式会社ニッピ ※有効期限が翌年 7 月以降のもの

その他

- ・ 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

保健医療局生活衛生部食肉衛生検査所

担当：渡邊

住所：福岡市東区東浜二丁目 8 5 番地 1 4

電話：092-651-3404

FAX：092-651-9015

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 ホモジナイザー
履 行 場 所 保健医療局保健環境研究所保健科学課
履 行 期 間 契約締結の日から令和8年11月20日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
ホモジナイザー	① ホモジナイザー：1台 ・回転数範囲が、3,000～25,000rpmを満たすこと ・回転数がデジタル表示されること ・電源 AC100V の電源コンセントに接続して使用可能なこと ・スタンドに固定する際にクランプが必要な場合は付属すること ② スタンド：1台 ・①のホモジナイザーを最大回転数で使用した時も安定して固定できること ③ シャフト：1本 ・①のホモジナイザーに取り付けられること ・ベアリングを含んだ構造であること ・シャフトの直径が 19～20mm であること ・有効処理量 1500mL を満たすこと ・分解洗浄が可能であること ・使い捨てタイプでないこと ・①のホモジナイザーに装着時に、側面上部に穴があり、吸い上げた液体試料の排出ができること	式	1	(参考品) ・イカジャパン (株) ① 型式： T18 digital ULTRA-TURRAX (0020027209) クランプ R182 (0002657700) ② 型式：R1826 (0003160100) ③ 型式：S18N-19G (L004640) ・(株) セントラル科学 貿易ポリトロン ① 及び ② 型式：PT10-35GT (11090072) ③ 型式： PT-DA20/2EC-F193 (11030302)

その他

- ① 旧機 ((株) セントラル科学貿易ポリトロン PT3100 及び付属機器一式) の引取りを行うこと。
- ② 同等品以上で見積もる場合は、入札 (見積り合わせ) の 2 営業日前 17 時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ③ 落札後、下記担当者に連絡し、納品日等について協議の上決定すること。
- ④ 搬入・組立・据付・調整・梱包物等の廃棄処分に関するすべての作業を含み、これらに関する経費は受注者負担とする。

問い合わせ先

保健医療局保健環境研究所保健科学課
福岡市保健環境研究所内 4 階
(福岡市中央区地行浜二丁目 1 番 3 4 号)
担当：梅木、木下
TEL 092-831-0690 FAX 092-831-0726

購入仕様書

件 名 定温乾燥器
履行場所 道路下水道局下水道施設部西部水処理センター
履行期間 契約締結の日から 令和8年11月25日まで

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	備 考
定温乾燥器	1. 方式 送風式 2. 温度範囲 40～250℃ 3. 運転形態 定値運転, オートストップ機能 4. 安全装置 過熱防止装置, 過電流・漏電ブレーカー 5. ドアスイッチ ないこと 6. 電源 (50/60Hz) 単相 AC200V 7. 内寸法 幅 600mm×奥行 500mm ×高さ 450mm 以上 8. 外形寸法 幅 740mm×奥行 690mm ×高さ 870mm 以下 9. 内容積 150L 以上 10. 棚数 3 段以上 (棚板及び棚受等の部品を含む) 11. 重量 80kg 以下	台	1	参考品 ・ADVANTEC DRS620DC (電源は単相 AC200V とするこ と) ・ヤマト科学 213013 DKN613 同等品可。 寸法その他, 左記の 規格を満たしたもの であること。
その他 ① 西部水処理センター2階の指示された場所に納品すること。 ② 納品設置後、正常に動作することを確認し、取り扱い説明を行うこと。 ③ 同等品の場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前16時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。 ④ 契約後、下記担当者と打ち合わせること。 ⑤ 現有器一式(ヤマト科学製 DKN612)の引き取りを行うこと。				

問い合わせ先

道路下水道局下水道施設部西部水処理センター
(福岡市西区小戸二丁目5番1号)

担当: 鐘ヶ江

電話: 092-882-1161