

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 イオン交換樹脂カートリッジ 外 5件
履 行 場 所 夫婦石浄水場
履 行 期 間 契約締結の日から
令和 7年 8月 29日まで
契約不適合責任期間 受渡完了後 1年

	品 名	規 格	数量	単位	備考
1	イオン交換樹脂カートリッジ	4Lタイプ	2	箱	参考品:ヤマト科学CPC-S 同等品以上
2	前処理カートリッジ	0.1 μ m 中空糸膜、活性炭入り	2	箱	参考品:ヤマト科学PWF-1 同等品以上
3	メンブレンフィルター	0.1 μ m メンブレンフィルタ(採水口取付用)	1	箱	参考品:ヤマト科学MFRL727 同等品以上
4	フィルターチップ	100~1000 μ L 用、滅菌済、ヒンジラック、96本×8ラック	1	箱	参考品:ART 滅菌済63-9282-76 同等品以上
5	メンブレンフィルター	ポリカーボネート孔径0.20 μ m, 直径25mm, 100枚入	1	パック	参考品:アドバンテックK020A025A 同等品以上
6	大腸菌定量検査用キット	DST培地, 定量用トレイ付各20入	2	セット	参考品:IDEXX コリラート/QT2000セット 99-19150 同等品以上

その他

- ①同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部夫婦石浄水場
担当:菅波
電話:092-862-2589