

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。  
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。  
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

# 購入仕様書

件 名 p Hメーター

履 行 場 所 高宮浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から  
令和7年10月31日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後1年

| 品 名         | 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量 | 単位 | 備 考                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p H<br>メーター | <p>(1) 本体</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 卓上型</li><li>・ 測定方式：ガラス電極法</li><li>・ 表示方法：タッチパネル式カラーLCD 表示</li><li>・ 測定範囲：pH 0.000～14.000<br/>温度 0.0～100.0℃</li><li>・ 表示分解能：0.01pH／0.001pH</li><li>・ 繰り返し性：pH ±0.002pH<br/>温度 ±0.2℃ 以内</li><li>・ データメモリ：2000 以上</li><li>・ 温度補償設定：有</li><li>・ オートホールド機能：有</li><li>・ 電源：AC100V</li></ul> <p>(2) 付属品</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ pH 電極</li><li>・ 電極スタンド</li><li>・ 外部プリンター及び接続ケーブル</li></ul> <p>本体及び pH 電極は検定付きであること</p> <p>(3) その他</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 仕様の記載内容に疑義がある場合は、担当職員と協議すること。</li><li>・ 納入機器の据え付け・調整後、動作確認及び機器の取り扱いの説明を行うこと</li><li>・ 旧機を引き取ること</li><li>・ 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下については無償で復旧を行うこと。</li></ul> | 1  | 式  | <p>参考品：<br/>東亜 DKK(株)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 本体<br/>HM-42X</li><li>・ 電極<br/>GST-5841C</li><li>・ プリンター<br/>EPS-P30</li></ul> <p>同等品以上</p> |

|  |                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。</li> <li>・契約後、下記担当者と打ち合わせること。</li> </ul> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

問い合わせ先  
 水道局浄水部高宮浄水場  
 担当：阿部  
 電話：092-521-6938