

修理仕様書

件名 微粒子カウンター緊急修理

履行場所 乙金浄水場

履行期間 契約締結の日から

令和 7年 12月 26日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 0.5 年

	件名	修理機器	数量	単位	修理内容
1	微粒子カウンター緊急修理	日本電色工業株式会社製 NP7700T	1	式	<ul style="list-style-type: none">・検出管ユニットの交換及び調整・流量バルブユニット(モーター含む)の交換及び調整・ポンプ交換・電磁弁交換・フローメーター交換・内部チューブ交換・除湿器交換・機器の機能回復のために必要な調整

その他

- ① 同等以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。
- ③ 修理後は動作確認を行い、異常がないことを確認すること。

問い合わせ先

水道局浄水部乙金浄水場
担当:岩城(いわき)
電話:092-504-1031