

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 超純水製造装置

履 行 場 所 水道水質センター

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 7 年12月25日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

	品名	規格	数量	単位	備考
1	超純水製造装置	1 本体仕様 (1) 外寸法：幅 400×奥行 500×高さ 700mm 以内 (2) 給水方式：バッチ式 (3) タンク：ポリエチレン 約 4L 以上 (エアフィルター付) 着脱可能 (4) 水質：比抵抗 18.2MΩ・cm TOC10ppb 以下 (5) 採水速度：約 1.0 L/min 以上 (6) 水質計：デジタル表示 (比抵抗、温度) (7) 電源 AC100V、約 1 A 2 付属品 使用するにあたり必要な消耗品を全て付属すること 3 その他 (1) 電源及び設置場所等は事前に調査し、必要があれば契約業者が工事を行うこと。 (2) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (3) 旧機 (アドバンテック東洋(株) 製 RFU414BA) を引き取ること。	1	式	参考品 アドバンテック東洋(株) 製 RFU414BC 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部水道水質センター
担当：園田
電話：092-512-7377