

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 ふ卵器

履 行 場 所 夫婦石浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 8 年 1 月 3 1 日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

	品 名	規 格	数 量	単 位	備 考
1	ふ卵器	1 本体仕様 (1) 外寸法：幅 700×奥行 600×高さ 1,100mm 以内 (2) 内容量：120 L 以上 (3) 温度表示：デジタル表示（分解能：0.1℃） (4) 温度制御範囲：-10～+50℃の範囲を含むこと (5) 温度変動幅：±0.2℃以内 (6) 温度分布：±0.7℃以内 (7) 温度警報：有 (8) プログラム機能：3 ステップ以上のプログラム運転が可能であること (9) 電源：単相 100V 2 付属品 ・棚 2 枚（棚受 8 個）以上 ・ガラス窓付扉の場合、遮光用のガラス保護板を取り付けること。 3 その他 ・納入は担当職員と協議のうえ行うこと。 ・電源及び設置場所等は事前に調査し、必要があれば契約業者が工事を行うこと。 ・事前に搬入経路を確認し、機器の納入にかかる費用は全て契約業者が負担すること。（設置場所は 3 階。施設にエレベーターはなく、ダムウェーターは使用可能） ・機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認し、取扱い説明を実施すること。 ・機器受渡し日から 1 年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。 ・旧機（SANYO MPR-513R）の引取りを行うこと。	1	式	参考品： PHC（株） 製 MIR-154-PJ 大和冷機工業 （株）製 CDB-14A 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部夫婦石浄水場
担当：山崎
電話：092-862-2589