

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 pHメーター
履行場所 水道水質センター
履行期間 契約締結の日から
令和8年3月13日まで
契約不適合責任期間 受渡完了後1年

	品名	規格	数量	単位	備考
1	pHメーター	1 本体仕様 (1) 卓上型、検定付き (2) 測定可能項目：pH、ORP、温度 (3) 測定方式：pH ガラス電極法 (4) 測定範囲：pH 0.000～14.000 (5) 表示分解能：pH 0.01pH/0.001pH (6) 繰り返し性：pH ±0.002pH (7) データメモリ：2000データ以上 (8) オートホールド機能：有 (9) 電源：AC100V 2 付属品 (1) 標準付属pH電極は検定付であること。 3 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。 (2) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (3) 旧機一式(東亜DKK HM-42X)の引き取りを行うこと。 (4) 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。	1	式	参考品 東亜DKK HM-42X 電極 GST- 5841C と同 等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水道水質センター
担当：松尾
電話：092-512-7377