※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約向への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 振とう器
履行場所 水道水質センター
履行期間 契約締結の日から
令和8年3月13日まで
契約不適合責任期間 受渡完了後1年

品名	規格	数量	単位	備考
振とう器	<p>1 本体 (1) 外寸法：幅 455×奥行 415×高さ 160mm 以内 (2) 振とう方式：旋回振とう (3) 振とう速度：20～200rpm (4) 振幅：10～40mm 以内 (5) 振とう数表示：デジタル表示 (6) タイマ：1分～99時間59分が設定できること (7) 許容負荷重量：7kg 以上 (8) 電源 単相 100V</p> <p>2 付属品 (1) 以下の条件を満たすホルダー等を付属すること。 ・スプリング式で500mL三角フラスコを2本以上設置でき、同時に振とうできるもの。</p> <p>3 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること (2) 電源及び設置場所等は事前に調査し、必要があれば契約業者が工事を行うこと。 (3) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (4) 旧機 (Yamato SA300) を引き取ること。 (5) 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。</p>	1	セット	参考品 ヤマト科学 振とう器 MK201D TAITEC 中型 振とう機 ロータリー シェーカー NR-20 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部水道水質センター
担当：村上
電話：092-512-7377