

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約向への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 冷凍庫
履行場所 水道水質センター
履行期間 契約締結の日から

令和8年12月24日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後1年

	品名	規格	数量	単位	備考
1	冷凍庫	<p>1 仕様</p> <p>(1)外形寸法:幅 850mm×奥行 800mm×高さ 1,850mm以下であること。</p> <p>(2)有効内容積:225L×2室以上であること。</p> <p>(3)内容量:450L以上であること。</p> <p>(4)冷媒:R1234yf 冷媒又は HC 冷媒(ノンフロン冷媒)であること。</p> <p>(5)電源:单相 100V であること。</p> <p>(6)温度制御:-30~-20℃の範囲を有していること。</p> <p>(7)警報:温度警報を有していること。</p> <p>(8)扉:開き戸であること。</p> <p>(9)付属品:専用のバスケットを 12 個以上有すること。</p> <p>2 その他</p> <p>(1)納入は職員と協議のうえ行うこと。また、電源及び設置場所は、機器納入前に十分確認し、必要があれば契約業者が責任をもって工事を行うこと。</p> <p>(2)機器据え付け調整後、装置全てが正常に動作することを職員立会のもと確認し、取扱い説明を実施すること。</p> <p>(3)受渡し日から1年以内の保証期間内に発生した故障、破損、変質及び性能低下については、無償で修理・応急措置等の対応をすること。</p> <p>(4)旧機(福島工業製 FMF-501F)の引取りを行うこと。</p> <p>(5)仕様の記載内容に疑義がある場合は、担当職員と協議すること。</p>	1	式	参考品: フクシマガリ レイ株式会 社製 FMF- 505FDX 又は PHC 株式会 社製 MDF- MU549DH- PJ と同等品 以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水道水質センター
担当:原
電話:092-512-7377