

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 超音波洗浄器

履 行 場 所 多々良浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から
令和9年3月12日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後1年

	品 名	規 格	数 量	単 位	備 考
1	超音波洗浄器	1 本体仕様 (1) 槽内寸法：500×400×300mm 程度 (2) 水深（水位）：200～250mm (3) 槽容量（液量）：50～60 L (4) 発振出力：750W（強弱の可変調整が可能） (5) 周波数：28KHz が可能であること (6) タイマー：15 分計及び連続ができること (7) 水槽材質：SUS304 以上の品質であること (8) オーバーフロー：有 (9) 電源：単相 100V（設置場所の電源に合うこと） (10) 付属品：標準付属品は全て付属すること 2 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。 (2) 電源及び設置場所等は事前に調査し、必要があれば契約業者が工事を行うこと。 (3) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (4) 旧機の引き取りを行うこと。 (5) 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。	1	式	<参考品> ・アイワ医科工業 AU-508C0 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積る場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部多々良浄水場
担当：村井
電話：092-938-4810