

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 溶存酸素分析計

履 行 場 所 水道水質センター

履 行 期 間 契約締結の日から

令和9年3月5日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後1年

	品名	規 格	数量	単位	備 考
1	溶存酸素分析計	(1) 本体 ・測定方式：蛍光式(光学式) ・防塵・防水規格：IP67 相当 ・補正機能：自動温度補正、自動大気圧補正を有すること ・溶存酸素測定範囲：0～500％、0～50mg/L ・溶存酸素測定精度： 0～200％：読取値の±1%または1%空気飽和、いずれか高い方 200～500％：読取値の±8% 0～20mg/L：±0.1mg/L または読取値の1%、いずれか高い方 20～50mg/L：読取値の±8%； ・溶存酸素分解能： 0.01mg/L・0.1%、または0.1mg/L・1% (範囲により自動調整) ・水温測定範囲：-5～70℃ (DOmg/L測定時の温度補償範囲：-5～50℃) ・水温測定精度：±0.2℃ ・水温分解能：0.1℃または0.1° F (範囲により自動調整) ・ディスプレイ表示：DO 量(mg/L)、DO 飽和度(%)、水温(℃)、大気圧 (mmHg) の4項目を同時に表示可能であること ・電 源：充電式リチウムイオンバッテリーパック内蔵 (2) 付属品 ①蛍光式・温度センサー付 100m ケーブル 1 個 ②蛍光式・温度センサー付 1m ケーブル 1 個 ③沈降おもり 3 個	1	式	参考品： YSI 製 ProSolo 0D0/T と同等品以上

		(3) その他 ・機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置すべてが正常に動作することを確認すること。 ・納入機器の操作、維持管理に関する説明を実施すること。 ・旧機（YSI 製 モデル 58 型）の引き取りを行うこと。 ・本体 3 年以上、ケーブル 2 年以上保証すること。 ・仕様の記載内容に疑義がある場合は、担当職員と協議すること。			
--	--	---	--	--	--

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水道水質センター
 担当：濱田
 電話：092-512-7377