

仕 様 書

- 1 件 名 全有機炭素定量装置修理
- 2 履行場所 福岡市南区塩原四丁目 2 7 番 1 号 水道水質センター
- 3 修理機器 全有機炭素定量装置 Sievers M5310C ラボ型

4 修理内容

全有機炭素定量装置について、以下の部品を交換し、正常に作動することを確認すること。

件名	規格	数量	単位	交換部品名等
全有機炭素定量装置 修理	Sievers 製 全有機炭素定量装置 (Sievers M5310C ラ ボ型)	1	式	DI モータファン 1 式
				DI ポンプ交換キット 1 式
				サンプルポンプキット 2 式
				フローセンサー交換キット 1 組

5 そ の 他

- ・ 業務遂行にあたっては、保安、衛生、火災予防に十分に注意するとともに他の分析業務等に支障をきたさないように行うこと。
- ・ 修理後は動作確認を行い、異常がないことを確認すること。
- ・ 修理完了後、据付・調整を行うこと。
- ・ 詳細は担当者と相談すること。

6 履行期限 令和 8 年 1 2 月 2 5 日 (金)

7 契約不適合責任期間 0.5 年

福岡市水道局浄水部水道水質センター
福岡市南区塩原四丁目 2 7 番 1 号
TEL (0 9 2) 5 1 2 - 7 3 7 7
FAX (0 9 2) 5 5 1 - 9 2 9 9
担当 藤堂