

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること（但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること）。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 遠心沈でん器

履 行 場 所 乙金浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から
令和9年2月26日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

品名	規格	数量	単位	備考
遠心沈でん器	1 仕様 (本体) ・最高回転力 5000rpm 以上 ・最大遠心力 4800×g 以上 ・条件メモリ 3 つ以上 ・タイマー 1 分間隔で調節できること ・温度範囲 4℃が可能であること ・電源 AC100V ・安全装置 有 ・フロンガス 使用していないこと 2 付属品 (1) スイングロータ 1 個 (2) バケット 1 式 (4 個セット) (3) 50mL ガラス管×8 本を使用できるチューブラック 1 式を付属すること。 (4) 15mL ガラス管×16 本を使用できるチューブラック 1 式を付属すること。 (5) チューブラックに使用できる 50mL 褐色ガラス管を 8 本付属すること。	1	式	参考品 ・久保田商事(株) 本体 S500FR 付属品ロータ ST-724M 付属品バケット 053-5820 付属品チューブラック 055-0880、055-4760 又は同等品以上

その他

- ① 電源及び設置場所は事前に十分に調査し、設置可能であるか確認すること。
- ② 機器納入後、職員立会いのもと動作確認及び取扱説明を行うこと。
- ③ 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状況において、機器納入から1年以内に発生した故障、破損、変質及び性能低下については、無償で復旧を行うこと。
- ④ 旧機（久保田商事株式会社 KUBOTA5911）を引き取ること。機器の引き取り・納入にかかる費用は全て契約業者が負担すること。（3階水質試験室、エレベータなし）
- ⑤ 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ⑥ 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
水道局浄水部乙金浄水場
担当：鯉川・木佐木
電話：092-504-1031