

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 電気伝導測定装置

履 行 場 所 乙金浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から

令和9年2月26日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

品名	規格	数量	単位	備考
電気伝導測定装置	1 本体仕様 (1) 卓上型 (2) 測定方式：交流 2 電極法 (3) 表示方法：デジタル表示 (4) 測定範囲：電気伝導率 0.000 μ S/ c m$\sim$200S/m ：温度(水温)0.0$\sim$100.0°C (5) 繰り返し性：電気伝導率 $\pm$0.5% ：温度 $\pm$0.2°C 以内 (6) データメモリ：1000 以上 (7) 温度補償設定：有 (8) オートホールド機能：有 (9) 電源：AC100V 2 付属品 (1) 電極（セル）を付属すること。 (2) 電極スタンドを付属すること (3) 外部プリンター及び接続ケーブルを付属すること (4) プリンター用紙及びインクリボンを付属すること	1	式	参考品 東亜 DKK (株) ・本体 CM-42X ・セル CT-58101B ・プリンター EPS-P30 と同等品以上

その他

- ① 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。
- ② 同等品以上で見積る場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ③ 納入機器の据え付け・調整後、動作確認及び機器の取り扱いの説明を行うこと契約後、下記担当者と打ち合わせること。
- ④ 機器受渡し日から1年以内に発生した故障や性能低下については無償で復旧を行うこと。
- ⑤ 旧機（メトラー・トレド SevenCompact S230）の引き取りを行うこと。

問い合わせ先
水道局浄水部乙金浄水場
担当：鯉川・木佐木
電話：092-504-1031