

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。見積書の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 濁度計

履 行 場 所 水道水質センター

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 9 年 3 月 15 日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

	品 名	規 格	数量	単位	備考
1	濁度計	1 本体仕様 ・測定項目：濁度及び色度を同時に測定できること ・測定方法：濁度…透過光測定法(660nm 吸光度) 色度…透過光測定法(390nm 吸光度) ・測定精度：濁度…0.2 度 (ポリスチレン濁度標準液)、CV 値 10%以下 色度…0.5 度 (色度標準液)、CV 値 10%以下 残留塩素(遊離) …0.05mg/L、CV 値 10%以下 ・測定範囲：濁度…0～20 度 (50mm セル使用時) 0～500 度 (20mm セル使用時) 色度…0～30 度 (50mm セル使用時) 0～500 度 (20mm セル使用時) 残留塩素(遊離) …0～2 mg/L (20 mmセル使用時) 透視度(相関) …0～200 cm (50 mmセル使用時) ・光源：LED ・サンプル量：濁度・色度・透視度…16mL 残留塩素… 7 mL ・表示装置：3.5 インチ LCD カラー-液晶 ・電源：USB 電源又は単三乾電池 4 本 2 付属品 ・収納ケース 一式 ・50mm セル (キャップ付) 1 個 ・20mm セル (キャップ付) 1 個 ・50mL ビーカー 1 個 ・残留塩素試薬 10 回分 一式 ・アクセサリーキット 一式 ・その他標準付属品 一式 3 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員	1	式	参考品 日本電色工業(株) WA-2M型と同等品以上

		と協議すること。 (2) 納入機器はポリスチレン濁度標準液にて校正済みのこと。 (3) 納入機器は色度標準液にて校正済みのこと。 (4) 機器納入後、水道水質センター職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (5) 納入機器の操作、維持管理に関する説明を実施すること。 (6) 旧機（携帯用 2100P 型濁度計）の引き取りを行うこと。 (7) 機器受渡し日から 1 年以内に発生した故障や破損、変質及び性能低下等については無償で復旧を行うこと。			
--	--	--	--	--	--

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部水道水質センター

担当：嶋田

電話：092-512-7377