

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 振とう器

履 行 場 所 瑞梅寺浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から 令和 9 年 2 月 2 6 日まで

契約不適合責任期間 受渡完了後 1 年

品名	規格	数量	単位	備考
振とう器	1 本体 (1) 振とう方式：往復横振とう (2) 振とう速度（横）：50～300rpm/min (3) 振とうタイマー機能 ・ 1 分～99 時間 59 分まで 1 分間隔で設定可 ・ 振とう ON-END、OFF-ON、OFF-ON-OFF の機能あり (4) 振とう速度表示：デジタル表示 (5) 安全機能：過電流保護機能、ヒューズ (6) 電源：AC100V、1.2A 2 振とう台（横振とう用） (1) 本体に固定し、往復振とうできること。 (2) 50mL 三角フラスコ 30 個振とう可 (3) 500mL 三角フラスコ 6 個振とう可 (4) 1L 三角フラスコ 4 個振とう可 3 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。 (2) 本体に振とう台を据え付け後、機器の動作確認を行うこと。	1	式	参考品 タイテック株式会社製 ・ 本体 SR-2ES ・ 振とう台 SR-2 用 B 振とう台 と同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積る場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部瑞梅寺浄水場

担当：岸川

電話：092-323-8441