

購入仕様書

1. 件 名 AED両用電極パッド 外1件
2. 履行場所 東部水処理センター外5箇所（別紙「納入・設置場所」のとおり）
3. 履行期限 契約締結の日から令和7年12月19日（金）まで
4. 品名及び数量

	品名	規格	単位	数量	備考
1	AED両用 電極パッド	株式会社CU社製 機種：CU-SP1 専用純正品 ・成人・小児共用可 ・1組2枚入り	組	6	<指定品> SP1-OA04
2	AED大容量 バッテリー	株式会社CU社製 機種：CU-SP1 専用純正品	個	5	<指定品> SP1-OA03

5. 仕様等
- （1）バッテリーはスタンバイ状態で5年間（代表値）有効であること。
- （2）電極パッド及びバッテリーとも新品であること。
6. その他
- （1）具体的な納品日について、あらかじめ納入施設職員と打ち合わせのうえ決定する。
- （2）納品・設置に係る費用は受注者の負担とする。
- （3）納品・設置・交換まで受注者が行い、正常に作動するか確認を行うこと。
- （4）その他、本仕様書に定めのない事項については、施設調整課との協議によるものとする。

【問い合わせ先】
道路下水道局 下水道施設部 施設調整課
（福岡市役所 7階）
担当： 前田 TEL：(092)711-4516

納入・設置場所

施設名	所在地	電話番号	納品数
道路下水道局東部水処理センター	福岡市東区松島 6 丁目 16-1	092-621-3371	1 式
道路下水道局中部水処理センター	福岡市中央区荒津 2 丁目 2-1	092-721-4991	1 式
道路下水道局西部水処理センター	福岡市西区小戸 2 丁目 5-1	092-882-1161	1 式
道路下水道局和白水処理センター	福岡市東区塩浜 3 丁目 2500	092-607-7001	1 式
道路下水道局西戸崎水処理センター	福岡市東区西戸崎 243-1	092-603-2244	1 式
道路下水道局施設調整課	福岡市中央区天神 1 丁目 8-1	092-711-4516	パッドのみ 1 組

※1 式・・・・・・両用電極パッド 1 組、バッテリー 1 個