

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物品用)

購入仕様書

品名 オゾンガス発生装置

履行場所 福岡市消防局警防部救急課

履行期間 契約締結の日から
令和8年9月30日まで

内 訳

品名	規格	単位	数量	備考
オゾンガス発生装置	<p>【構成品】</p> <p>バクテクター03 (BT-03) 1台 本体外形寸法：W180 mm×D85 mm×H200 mm ※本体外形に適合する救急車内への取付金具を含む。 本体重量：2100 g 電圧：AC100V 消費電力：9W</p> <p>【オプション品】</p> <p>オゾン自動制御モニター 1個 本体外形寸法：W62 mm×D30 mm×H83 mm 本体重量：150 g 電圧：DC12V 消費電力：3W</p>	セット	2	指定品 株式会社タムラテコ バクテクター03 (BT-03)

※契約後、詳細（納入時期、納入場所等）については、下記担当者と打ち合わせること。

福岡市消防局警防部救急課（4F）
 担当：石本
 電話：092-725-6578