

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

(物 品 用)

購入仕様書

件 名 生物顕微鏡対物レンズ (40 倍) 外 1 件

履 行 場 所 福岡市保健医療局食品衛生検査所
福岡市中央区長浜 3 丁目 1 1 番 3 号 (鮮魚市場会館 12 階)

履 行 期 間 契約締結の日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

品名	規格	単位	数量	備考
生物顕微鏡 対物レンズ (40 倍)	● 現行品の生物顕微鏡 ECLIPSE Ci-L に装着できること。 ● 対物倍率が 40 倍であること。 ● ノンカバーレンズで、油浸及び液浸が不要であること。 ● 作動距離が、0.48mm 以上であること。 ● 開口数(NA)が、0.60 以上であること。 ● 装着済みの下記対物レンズと焦点距離の乖離が無いこと。(Nikon Plan 10x/0.258(MRL20102), Nikon Plan 20x/0.40(MRL20202))	個	1	(株)Nikon ・CFI Plan NCG 40X と同等品以上
生物顕微鏡 対物レンズ (100 倍)	● 現行品の生物顕微鏡 ECLIPSE Ci-L に装着できること。 ● 対物倍率が 100 倍であること。 ● ノンカバーレンズで、油浸及び液浸が不要であること。 ● 作動距離が 0.4mm 以上であること。 ● 開口数(NA)が、0.80 以上であること。 ● 装着済みの下記対物レンズと焦点距離の乖離が無いこと。(Nikon Plan 10x/0.258(MRL20102), Nikon Plan 20x/0.40(MRL20202))	個	1	(株)Nikon ・CFI Plan NCG 100X と同等品以上

- ア) 落札後、下記担当者に連絡して、納品日時等について協議のうえ決定すること。
- イ) 搬入・組立・据付・調整及び梱包物の廃棄処分に関するすべての作業を含むこと。
- ウ) 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の 2 営業日前 17 時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。

問い合わせ先
福岡市保健医療局生活衛生部食品衛生検査所
福岡市中央区長浜 3 丁目 1 1 番 3 号 (鮮魚市場会館 12 階)
担当：永田、久保田
TEL：092-711-6440 FAX：092-711-6439